

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ

ЗАПОВЕД

№ *A-62*

гр. София *15.02* 2018 г.

В изпълнение на изискванията на Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол и във връзка с т.5.1 от ПРОЦЕДУРА за носителите на знаци, удостоверяващи резултатите от контрола и оценяване на съответствието на средствата за измерване, и резултатите от проверка на системи за УБП, утвърдена на 25.08.2017 г. от И.Д. Председател на БИМ

ОПРЕДЕЛЯМ:

Основните изисквания и форма, на които трябва да отговарят ЗАЩИТНИ СТИКЕРИ ЗА ПРОВЕРКА (ЗСП), които се използват за защита от умишлена и неумишлена намеса при извършване на метрологичен контрол на СИ.

1. Основни изисквания:

- 1.1. Да са трайни, видими и предпазени от изтриване и заличаване при използване на средствата за измерване.
- 1.2. Да не повреждат средствата за измерване и да не пречат на отчитането на показанията.
- 1.3. Да се разрушават при опит за повторно използване.
- 1.4. Да бъдат метализирани, холографски и да са защитени от фалшификация. Да разполагат с холографски микротест, предназначен за разпознаване от лица, запознати с изображението им.

2. Изисквания към формата:

- 2.1. Формата на защитните стикери е съгласно **Приложение № 1**.
- 2.2. Защитните стикери за проверка да имат правоъгълна форма с размери **a x b**.
- 2.3. В горната част на стикера да има текст БИМ и ГД МИУ, като размерът на буквите е съответно **h₁** и **h₂**.
- 2.4. По средата на стикера, симетрично спрямо текста и номера, да бъде изобразено логото на ГД МИУ.
- 2.5. В долната част на стикера да има петцифрен идентификационен пореден номер (с начало – 00001), с размер на цифрите **h₁**.
- 2.6. Стойностите на размерите са дадени в **Таблица 1**.

Таблица 1


Параметри	Означение	Защитни стикери, в mm	
		Форма 1 (голям)	Форма 2 (малък)
Дължина на стикера	a	60	24
Ширина на стикера	b	25	10
Размер на големите букви/цифри	h₁	5	2
Размер на малките букви	h₂	3,5	1,4

Служителят по т. 4.1. от ПРОЦЕДУРА за носителите на знаци, да организира публикуването на заповедта в сайта на БИМ.

Копие от настоящата заповед да се връчи за сведение и изпълнение на н-к отдел СРИК при Д ОА, началници на структурни звена на ГД МИУ и Д ИСИУС, главен директор на ГД МИУ и директор на Д ИСИУС .

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар на БИМ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1



ПАУН ИЛЧЕВ,

И.Д. Председател на БИМ

