

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ

ЗАПОВЕД

№ А-248

гр. София21.06.2016 г.

В изпълнение на изискванията на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средствата за измерване, Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие

и във връзка с т.5.1 от ПРОЦЕДУРА за носителите на знаци, удостоверяващи резултатите от контрола и оценяване на съответствието на средствата за измерване, и резултатите от проверка на системи за УБП, утвърдена на 14.03.2016 г. от И.Д. Председател на БИМ

ОПРЕДЕЛЯМ:

Основните изисквания и формата, на които трябва да отговарят ЗАЩИТНИ СТИКЕРИ ПРИ ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО (ЗСОС), които се използват за защита от умишлена и неумишлена намеса при изпълнение на процедурите по ОС на СИ с приложимите към тях съществени изисквания.

1. Основни изисквания:

1.1. Да са трайни, видими и предпазени от изтриване и заличаване при използване на средствата за измерване.

1.2. Да не повреждат средствата за измерване и да не пречат на отчитането на показанията.

1.3. Да се разрушават при опит за повторно използване.

1.4. Да бъдат метализирани, холографски и да са защитени от фалшификация. Да разполагат с холографски микротест, предназначен за разпознаване от лица, запознати с изображението им.

2. Изисквания към форма:

2.1. Защитните стикери при оценяване на съответствието да имат правоъгълна форма с размери 60 x 25mm, съгласно **Приложение № 2**.

2.2. В горната част на стикера да има текст **БИМ** и **NB 1957** (Нотифициран орган (NB) за оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие, водомери, разходомери за газ и коригиращи устройства за обем, електромери за активна енергия ; топломери и компоненти за топломери и измервателни системи за непрекъснато и динамично измерване на количество течности различни от вода). Размерът на буквите е съответно 5 и 3,5 mm.

2.3. По средата на стикера, симетрично спрямо текста и номера, да бъде изобразено логото на БИМ.

2.4. В долната част на стикера да има петцифрен идентификационен пореден номер (с начало - 00001), с размер на цифрите 5 mm.

Служителят по т. 4.1. от ПРОЦЕДУРА за носителите на знаци, да организира публикуването на заповедта в сайта на БИМ.

Копие от настоящата заповед да се връчи за сведение и изпълнение на н-к отдел СРИК при Д ОА, началници на структурни звена на ГД МИУ и Д ИСИУС, Директора на Д ОА, главен директор на ГД МИУ и директор на Д ИСИУС .

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар на БИМ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2



И. Д. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БИМ:

ПАУН ИЛЧЕВ

