



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ София 1040, бул. "Г.М. Димитров" № 52Б	
Вх./ Изх. №	07/МР2 - П - 4 - 1
София	11. 12. 20. 19 год.
BULGARIAN INSTITUTE OF METROLOGY	

РАЗЯСНЕНИЕ по условията на процедурата

Във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет „Модернизация, дооборудване и разширяване обхвата на дейност на национални еталонни лаборатории в Български институт по метрология”, по шест обособени позиции, е постъпил в деловодството на възложителя следният въпрос:

„Съгласно приложената техническа спецификация по обособена позиция № 5, максималният токов обхват на Електрометъра е 200 mA. В техническата спецификация на търга, който беше прекратен, максималният токов обхват на Електрометъра е 20 mA. Моля, уточнете промяната на токовия обхват в преобявената процедура техническа грешка ли е или промяна в техническите параметри на уреда в новата спецификация“

Разяснение:

Заложеният максимален токов обхват на Електрометъра в актуалната техническа спецификация по обособена позиция № 5 от настоящата процедура е 200 mA – точно както е указано в Техническата спецификация и е съгласно Приложение Е към Договор № BG16RFOP002-2.011-0002-C01/14.02.2019 г финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“.

Предшната процедура с идентичен предмет е прекратена на осн. чл. 110, ал. 1, т. 9 от ЗОП – поради необходимост от внасяне на съществени промени в условията на поръчката, които биха променили кръга на заинтересованите лица. Ето защо, участниците в настоящата процедурата следва да имат предвид единствено документацията, която е приложена към нея.

С УВАЖЕНИЕ: ...
ПАУН ИЛЧЕВ
И.Д. ПРЕДСЕДАТЕЛ

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

