



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ София 1040, бул. "Г. М. Димитров" № 52Б	
Вх./ Изх. №	67-00-161-6
София	02.03.2020 год.
BULGARIAN INSTITUTE OF METROLOGY	
ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ	

РАЗЯСНЕНИЕ по условията на процедурата

Във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка чрез *открита процедура* с предмет „Доставка на оборудване за метрологичен контрол за нуждите на **Български институт по метрология**“ по три обособени позиции, са постъпили по електронната поща посочена за връзка с възложителя в Обявлението два въпроса касаещи *Обособена позиция 1*, „Поддейност 1.1. Създаване на 2 нови лаборатории за метрологична експертиза на електромери“, а именно:

ВЪПРОС № 1:

В какви обхвати и в колко точки във всеки обхват бихте искали да бъдат калибрирани трифазните еталонни електромери на стендовете?

Отговор:

Броят на точките за калибриране зависи от броя на обхватите за напрежение и ток на уредбата, която участникът планира да достави, а те са заложиени от съответния производител, съответно – възложителят няма как да даде конкретен отговор на този въпрос.

Всеки участник следва да достави оборудване, което е съответно на минималните изисквания и параметри, заложиени в техническата спецификация, както и да извърши калибриране след монтажа на оборудването.

ВЪПРОС № 2:

Желаете ли да бъде калибриран друг компонент на стенда различен от горните (напр. източниците на ток и/или на напрежение)? В случай, че желаете – моля да уточните, както и желаните обхвати и брой точки във всеки обхват.

Отговор:

Възложителят не е поставил таква изискване.

С УВАЖЕНИЕ:
ПАУН ИЛЧЕВ
И.Д. ПРЕДСЕДА

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Проект: BG16RFOP002-2.011-0003-C01 „Повишаване на надеждността и ефективността на метрологичния контрол на електромери, манометри и таксиметрови апарати в Р. България“

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Български институт по метрология и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и управляващия орган“.