



ЗАПОВЕД

№ А - 245

СОФИЯ, 21.07. 2023 г.

В изпълнение на изискванията на Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол и във връзка с т.5.1 от ПРОЦЕДУРА за носителите на знаци, удостоверяващи резултатите метрологичен контрол на средства за измерване, оценяване на съответствието на средства за измерване, проверка на ефективността на системи за улавяне на бензинови пари и проверка на електронни системи с фискална памет, утвърдена на 20.07.2023 г.. от ИД Председател на БИМ, във връзка с чл. 7, ал.1, т.28 и чл.17, ал.1 от Устройствения правилник на БИМ.

ОПРЕДЕЛЯМ:

Основните изисквания и форма, на които трябва да отговарят ЗАЩИТНИ СТИКЕРИ ЗА ПРОВЕРКА (ЗСП), които се използват за защита от умишлена и неумишлена намеса при извършване на метрологичен контрол на СИ и ЕСФП.

1. Основни изисквания:

- 1.1. Да са трайни, видими и предпазени от изтриване и заличаване при използване на средствата за измерване.
- 1.2. Да не повреждат средствата за измерване и да не пречат на отчитането на показанията.
- 1.3. Да се разрушават при опит за повторно използване.
- 1.4. Да бъдат метализирани, холографски и да са защитени от фалшификация. Да разполагат с холографски микротест, предназначен за разпознаване от лица, запознати с изображението им.

2. Изисквания към формата:

- 2.1. Формата на защитните стикери е съгласно Приложение № 1.
- 2.2. Защитните стикери за проверка да имат правоъгълна форма с размери **a** x **b**.
- 2.3. В горната част на стикера да има текст БИМ и ГД МИУ, като размерът на буквите е съответно **h₁** и **h₂**.
- 2.4. По средата на стикера, симетрично спрямо текста и номера, да бъде изобразено логото на ГД МИУ.
- 2.5. В долната част на стикера да има петцифрен идентификационен пореден номер (с начало – 00001), с размер на цифрите **h₁**.
- 2.6. Стойностите на размерите са дадени в Таблица 1.

Таблица 1

Параметри	Означение	Защитни стикери, в mm	
		Форма 1 (голям)	Форма 2 (малък)
Дължина на стикера	a	60	24
Ширина на стикера	b	25	10
Размер на големите букви/цифри	h₁	5	2
Размер на малките букви	h₂	3,5	1,4

Служителят по т. 4.1. от ПРОЦЕДУРА за носителите на знаци, да организира публикуването на заповедта в сайта на БИМ.

Копие от настоящата заповед да се връчи за сведение и изпълнение на началници на структурни звена на ГД МИУ и главен директор на ГД МИУ.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар на БИМ.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1



ПАУН ИЛЧЕВ

И.Д. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БИМ

